

Главное военно-медицинское управление
Министерства обороны РФ
ул. Знаменка, д.19, Москва, 119160,

Государственный институт
усовершенствования врачей
Министерства обороны РФ
ул. Малая Черкизовская, д.7, Москва, Б-392, 107392,

Главный центр военно-врачебной экспертизы
Госпитальная пл., 3, г. Москва, 105229,

От ФИО призывника и адрес для ответа

ЗАПРОС

о предоставлении информации о методике обследования плоскостопия

Я, ФИО, год рождения, состою на воинском учете в военном комиссариате (*указать ваш район*) района. Ранее (*указать дату*) я прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого был направлен на обследование стоп.

По результатам медицинского освидетельствования «учтенные граждане» направляются на обследование стоп, при необходимости уточнения диагноза «Плоскостопие» в медицинские учреждения по месту жительства (поликлиники), либо в стационар (городские больницы из утвержденного списка), где им могут быть назначены дополнительные рентгенологические исследования.

В соответствии с п.21 частью 2 Инструкции Приложения №2 к Приказу министра обороны и Министерства здравоохранения №240/168 от 23.05.2001 (далее – Приказ №240/168) на них оформляется «Акт исследования состояния здоровья» (*актуально другое название – Медицинское заключение*). В Медицинском заключении должны быть указаны, в том числе, результаты клинико-инструментальных методов исследования, к которым относятся и рентгенологические исследования стоп, для определения степени плоскостопия, деформаций стоп, наличия остеофитов, артроза и прочее.

Согласно п.18 части 2 Приказа №240/168 контроль за полноценностью и качеством оформления на учетных граждан врачебно-экспертной документации возлагается на заведующего отделением (начальника) отделения медицинского учреждения.

Рентгенологическое исследование стопы является важнейшим этапом, так как от правильно проведенного рентгенологического исследования зависит врачебный этап.

Врачебный этап включает анализ скиалогической картины, предусмотренной ст. 68 Расписания Болезней Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе №565 от 04.07.2013, со стандартным расчерчиванием снимка с максимальным отражением в «Медицинском заключении» состояния стоп.

Рентгенологический этап исследования включает в себя: стандарт укладки стопы, стандарт фокусного расстояния, стандарт направления и центрации луча, стандарт расположения кассеты относительно исследуемой стопы.

Рентген стоп в разных медицинских учреждениях проводится:

1. при различном фокусном расстоянии и варьирует от 60 до 120 см. На рентгенограммах, произведенных с близкого расстояния (менее одного метра) возникает «фактор проекционного увеличения» – увеличения свода стоп, суставных, щелей, остеофитов (при наличии), небольшая деформация угла внутреннего подошвенного свода.

Общепринятый международный стандарт определяет расстояние от рентгеновской трубки до кассеты не менее одного метра. Таблица 1,7 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 2.6.1.1797-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 16 декабря 2003 года 2.6.1. определяет фокусное расстояние при проведении исследований стоп, плюсны, пальцев ноги, пяточной кости в боковой, аксиальной, косой проекциях – 105 см.

2. при скошенном направлении луча, с произвольно выбираемым центром, что приводит к искажению на снимках. В основном указанная практика применяется при съемке стоп в боковой проекции.
3. кассета располагается не вплотную к стопе, а на расстоянии, что обуславливает нечеткое (размытое) изображение, а также проекционное увеличение высоты свода стопы. Кроме того кассета располагается либо с медиальной, либо с латеральной стороны стопы.
4. укладка стоп варьируется: стоя на одной ноге без опоры (пациент балансирует, возникает напряжение различных групп мышц, что соответственно, ведет к искажению объективной картины исследования), стоя на обеих ногах (происходит равномерное распределение нагрузки на обе стопы), стоя с согнутыми в коленях ногами (нагрузка перераспределяется на передний отдел стоп) и т.д.

Таким образом, без четкого определения стандартов проведения рентгенологического исследования стоп невозможно вынесение объективного врачебно-экспертного заключения, что также может являться предпосылкой к возникновению вертикальной коррупционной составляющей.

Как правило, лаборанты, врачи рентгенологи, заведующие рентгенологическими отделениями не соблюдают на практике, требования, предъявляемые ст. 68 Расписания болезней, как в части проведения рентгенологического исследования, так и в оформлении врачебно-экспертной документации, что предопределяет бесконечное направление «учтенных граждан» на дообследование.

На основании изложенного прошу Вас:

- 1) Внимательно ознакомиться и рассмотреть данное обращение, в связи с тем, что поставленные вопросы имеют прямое и непосредственное отношение к правам граждан, в соответствии с п.2 ст. 24, п.4 ст.29, ст. 41 Конституции РФ.
- 2) Указать стандарт фокусного расстояния при проведении рентгенологического исследования стоп в аксиальной, боковой и косой проекциях.
- 3) Указать точку центрации и направления луча при проведении рентгенологического исследования стоп в аксиальной, боковой и косой проекциях.
- 4) Указать расстояние от кассеты до исследуемой стопы. А также местоположение кассеты при съемке: с латеральной или медиальной стороны стопы.
- 5) Указать стандарт укладки стопы при проведении рентгенологических исследований стоп (с нагрузкой) и точку опоры для пациента во избежание балансировки (хаотического движения) во время проведения рентгенологического исследования.
- 6) Сообщить обеспечиваются или нет медицинские учреждения, в которых проходят обследование граждане, подлежащие призыву в Вооруженные силы РФ, нормативными документами для проведения экспертизы: Расписанием Болезней - Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе №565 от 04.07.2013.
- 7) Дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы в установленный законом срок, в соответствии со ст. 5 ФЗ-59 «об обращениях граждан», ст.8 ФЗ-149 «об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- 8) В случае невозможности дать ответ по существу изложенного, указать орган государственной власти, в который мы можем обратиться за разъяснениями.

С уважением,

Подпись /ФИО/

«___» _____ 20__ г.